Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

# FVL-2400N Combi-Spin, Minizentrifuge-Vortex

Basic Plus
Product Class

## BESCHREIBUNG

Die Minizentrifuge/Vortex Combi-Spin **FVL-2400N** wurde speziell für die gentechnische Forschung entworfen (für PCR-diagnostische Experimente). Die Geräte können in mikrobiologischen, biochemischen und klinischen Laboren sowie in biotechnischen Industrielaboren eingesetzt werden.

Der Combi-Spin bietet gleichzeitiges Mischen und Separieren von proben mithilfe von Zentrifugen- und Mischmodulen, die auf dem gemeinsamen Spin-Modul untergebracht sind.

Der **FVL-2400N** ist mit einem Schutzmechanismus ausgestattet, der die Bewegung des Rotors stoppt, wenn die Klappe geöffnet wird.




## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Rotationsgeschwindigkeit (fest) (50 Hz) | 2800 rpm |
| Max. RCF (50 Hz) | 500 x g |
| Rotationsgeschwindigkeit (fest) (60 Hz) | 3500 rpm |
| Max. RCF (60 Hz) | 700 x g |
| Kontinuierlicher und Impulsbetriebsmodus | + |
| Sicherheit | Stoppt bei offener Klappe |
| Gesamtabmessungen (B x T x H) | 190x235x125 mm |
| Gewicht | 1.7 kg |
| Stromverbrauch (230 /120 V) | 25 W (0.1 A) / 30 W (0.27 A) |
| Betriebsnennspannung | 120 oder 230 V; 50/60 Hz |

## KAT.-NUMMER

| | |
|---|---|
| Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2 | Mit Rotoren R-1.5, R-0.5/0.2 |
| BS-010202-AAA | 230VAC 50/60Hz Eurostecker |
| BS-010202-AAB | 230VAC 50/60Hz UK-Stecker |
| BS-010202-AA3 | 230VAC 50/60Hz AU-Stecker |
| BS-010202-AAC | 100VAC 50/60Hz US-Stecker, 120VAC 60Hz US-Stecker |
| BS-010202-BK | IQ OQ Dokument |
| BS-010202-CK | PQ Dokument |

## ZUBEHÖR



**R-0.5/0.2**
BS-010205-BK
rotor

Rotor für 12 x 0,5ml- und 12 x 0,2ml-Mikroteströhrchen



**R-1.5**
BS-010205-AK
rotor

Rotor für 12 x 1,5/2ml-Mikroteströhrchen




**R-2/0.5**
BS-010205-CK
rotor

Rotor für 8 x 2/1,5ml- und 8 x 0,5ml-Mikroteströhrchen



**R-2/0.5/0.2**
BS-010205-DK
rotor

Rotor für 6 x 2/1,5ml- und 6 x 0,5ml- und 6 x 0,2ml-Mikroteströhrchen



**SR-16**
BS-010202-AK
rotor

Rotor für 2 x 8-Schnitt 0,2ml-Mikroteststreifen



**SR-32**
BS-010205-FK
rotor

Rotor für 4 x 8-Schnitt 0,2ml-Mikroteststreifen

* nicht mit Combi-Spins kompatiblen vor 2015 hergestellt