Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

SC-18/02, block

BESCHREIBUNG

20 × 0,2ml-Mikroröhrchen + 12 × 1,5ml-Mikroröhrchen



TECHNISCHE DATEN

Menge von 0,2 ml Röhrchen	20
Menge von 1,5 ml Röhrchen	12
Maximale Drehzahl, U/min	1400
Maximaltemperatur	100°C

KAT.-NUMMER

BS-010120-CK	SC-18/02



TS-100
Without thermoblock
Thermoschüttler für röhrchen und PCR-Platten

Der Thermo-Shaker **TS-100** ermöglicht das intensive Mischen und die Temperaturregelung von Proben in verschiedenen Röhrchen oder PCR-Platten. Das Heizen und Mischen kann sowohl gleichzeitig als auch unabhängig voneinander durchgeführt werden, ...

Mehr