Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

Ri-12/10, Rotor

BESCHREIBUNG

Ausschwingrotor für Zentrifugenröhrchen mit rundem Unterteil.

TECHNISCHE DATEN

Rotortyp	Ausschwingrotor
Abmessungen (Ø x Länge)	16 × 105 mm
Kapazität	12
Volumen der Röhrchen	10–15 ml
Max. Geschwindigkeit	4200 rpm
Max. RCF	3160 × g
Rohrhersteller	Nunc, Greiner, Greiner Bio-one, TPP etc.
Autoklavierbar	+

KAT.-NUMMER

BS-010221-MK	Rotor Ri-12/10

ZUBEHÖR

LMC-56
Without rotor
Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroteströhrchen und Platten.

Unsere ...

Mehr

BN-13/75
BS-010208-PK
Adapter-Set

Für Rotor R-12/10, Ri-12/10 optional Adapterset (12 St.) - BN-13/75 für Vacutainer 2-5 ml

BN-13/100
BS-010208-QK
Adapter-Set

Für Rotor R-12/10, Ri-12/10 optional Adapterset (12 St.) - BN-13/100 für Vacutainer 4-8 ml

BN-16/100
BS-010208-RK
Adapter-Set

Für Rotor R-12/10, Ri-12/10 optional Adapterset (12 St.) - BN-16/100 für Vacutainer 8-10 ml

RR-U
BS-010208-UK
Rotorhalter

Rotorhalter

BN-16/90
BS-010208-SK

Ersatzadaptersatz für Rotor R-12/10, R-24/10 (12 Stück).