Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

Ri-2, rotor

DESCRIPCIÓN

Rotor basculante para placas de microtitulación de 96 pocillos, placas de PCR con faldón, placas de pozos profundos de hasta 45 mm.

ESPECIFICACIONES

Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (W x L)	128 × 85.6 mm
Max. altura	<45 mm
Capacidad	2
Max. velocidad	2000 rpm
Max. RCF	560 × g
Fabricantes de tubos	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, etc.
Esterilizable en autoclave	+

NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-GK	Rotor Ri-2

ACCESORIOS

LMC-56
Without rotor
Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

Leer más

AP-96
BS-010219-DK
adaptador

2 adaptadores para 96 pozos semi-faldón y no bordeado placas PCR - de ERTACETAL® C. Autoclavable

AP-384
BS-010219-EK
adaptador

2 adaptadores para placas de 384 pocillos - de ERTACETAL® C. Autoclavable

RR-U
BS-010208-UK
soporte de rotor

Soporte de rotor