Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

Tubos de muestra 18mm

DESCRIPCIÓN

Tubos de muestra de vidrio 18x100mm, alto contenido de borosilicato, tapa de PP con almohadilla de silicona.
Embalaje - 100 piezas/caja

ESPECIFICACIONES

Altura	100 mm
Diámetro	18 mm

NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-050102-NK	Tubos de muestra de vidrio con tapas 18x100mm, 100 pcs.

DEN-1
BS-050102-AAF
Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0.0–6.0 unidades McFarland (0 – 180×10^7 células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

Leer más

DEN-1B
BS-050104-AAF
Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0,0–6,0 unidades McFarland (0 – 180×10^7 células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

Leer más