Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

Piastra per DO, Strumento di verifica per Hipo MPP-96

DESCRIZIONE

La piastra per DO è lo strumento di verifica delle misure per il fotometro per micropiastre MPP-96 HiPo. Lo strumento è progettato per verificare l'accuratezza e la precisione delle misure del fotometro a 6 livelli di densità ottica nominale: DO 0,3; 0,6; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0. Lo strumento è dotato del seguente intervallo di lunghezza d'onda di verifica: 400-700 nm.



Lo strumento viene fornito in un imballaggio antiurto con un'unità flash USB contenente:

- Copia dei risultati delle misure
- Manuale utente
- Software

SPECIFICHE

Livelli di densità ottica nominale	0.3; 0.6; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 DO (±0.1 DO)
Intervallo di lunghezze d'onda disponibile per la verifica	400 - 700 nm
Dimensioni complessive (L×P×H)	86 x 128 x 12 mm
Peso	0.3 kg

NUMERO DI CATEGORIA

BS-050108-AK	OD Plate, Strumento di convalida

HiPo MPP-96
BS-050108-A02
Fotometro per micropiastre HiPo MPP-96

Il fotometro per micropiastre HiPo è un dispositivo compatto da tavolo per misurare i risultati di studi ELISA e microbiologici in micropiastre da 96 pozzetti. Il fotometro è controllato e ...

Leggi di più