Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

SC-18/02, platforma

APRAKSTS

20 × 0.2 ml mēģenes + 12 × 1.5 ml mēģenes



SPECIFIKĀCIJA

0.2ml mēģeņu daudzums	20
1.5ml mēģeņu daudzums	12
Maksimālie apgr./min	1400
Maksimālā temperatūra	100°C

KAT. NUMURS

BS-010120-CK	SC-18/02



TS-100
Without thermoblock
Kratītājs-Termostats mēģenēm un mikroplatei

Termokratītājs **TS-100** — ideāls instruments paraugu maisīšanai dažādās mēģenēs vai PCR planšetēs termostatēšanas apstākļos. Sildīšanas (līdz +100°C) un maisīšanas funkcijas var tikt izpildītas gan vienlaicīgi, gan atsevišķi, tādējādi, ierīcē TS-100 ...

Lasīt vairāk