

# Декларация соответствия

<b>Тип прибора</b>	Компактный CO <sub>2</sub> инкубатор
<b>Модели</b>	<b>S-Bt Smart BioTherm</b>
<b>Серийный номер</b>	14 цифр вида XXXXXXYYMMZZZZ, где XXXXXX это код модели, YY и MM – год и месяц выпуска, ZZZZ – порядковый номер прибора.
<b>Производитель</b>	SIA BIOSAN Латвия, LV-1067, Рига, ул. Ратсупитес 7/2
<b>Применимые Директивы</b>	Электромагнитная совместимость 2014/30/EU Низковольтное оборудование 2014/35/EU RoHS2 2011/65/EU WEEE 2012/19/EU
<b>Применимые Стандарты</b>	<u>LVS EN 61326-1: 2013</u> Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Общие требования. <u>LVS EN 61010-1: 2011</u> Электрооборудование для проведения измерений, управления и лабораторного использования. Требования безопасности. Общие требования. <u>LVS EN 61010-2-010: 2015</u> Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов.

Мы заявляем, что данные приборы соответствуют требованиям вышеуказанных Директив и Стандартов

  
\_\_\_\_\_  
Подпись  
Светлана Банковская  
Исполнительный директор  
15.02.2017  
\_\_\_\_\_  
Дата

  
\_\_\_\_\_  
Подпись  
Александр Шевчик  
Инженер отдела R&D  
15.02.2017  
\_\_\_\_\_  
Дата