

ES Atbilstības deklarācija

Iekārtas kategorija

Sausā bloka termostati

Modelis

**Bio TDB-100, TDB-120, DB-4S, DB-10C,
CH-100, CH3-150**

Sērijas numurs

14 cipari XXXXXYYMMZZZZ veidā, kur XXXXXX ir modeļa kods, YY un MM – ražošanas gads un mēnesis, ZZZZ – iekārtas numurs.

Ražotājs

SIA BIOSAN
Latvija, LV-1067, Rīga, Rātsupītes iela 7/2


Pielietojamās direktīvas

EMS Direktīva 2014/30/EU
LVD Direktīva 2014/35/EU
RoHS2 2011/65/EU
WEEE 2012/19/EU

Pielietojamie standarti

LVS EN 61326-1: 2013
Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparātūra. Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības. Vispārīgās prasības.
LVS EN 61010-1: 2011
Drošuma prasības elektriskajiem mērīšanas, vadības un laboratorisko procesu aparātiem. Vispārīgās prasības.
LVS EN 61010-2-010: 2015
Īpašas prasības laboratorijas iekārtām, kas paredzētas materiālu karsēšanai.


Mēs apstiprinām, ka šī iekārta atbilst augstākminētām Direktīvu prasībām



Paraksts
Svetlana Bankovska
Izpilddirektore

19.07.2016.

Datums



Paraksts
Aleksandrs Ševčiks
R&D inženieris

19.07.2016

Datums