

Декларация соответствия

Тип прибора Шейкер-инкубатор с охлаждением
Модель ES-20/80C
Серийный номер 14 цифр вида XXXXXYYMMZZZZ, где XXXXX это код модели, YY и MM – год и месяц выпуска, ZZZZ – порядковый номер прибора.
Производитель SIA Biosan
Ratsupites iela 7 k-2, Riga, LV-1067, Latvija / Латвия

Описанные выше объекты данной декларации согласованы со следующими соответствующими нормативными актами Европейского Союза:

LVD (2014/35/EC) Директива об электрической безопасности

LVS EN 61010-1:2011 + A1:2019 + AC:2019 Электрооборудование для проведения измерений, управления и лабораторного использования. Требования безопасности. Общие требования.

LVS EN 61010-2-010:2015 Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов.

LVS EN 61010-2-051:2015 Частные требования к лабораторному оборудованию для перемешивания и взбалтывания.

EMC (2014/30/EC) Директива об электромагнитной совместимости

LVS EN 61326-1:2013 Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Общие требования.

RoHS3 (2015/863/EU) Директива об ограничении содержания вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании

Директива о радиооборудовании (2014/53/EU)

WEEE (2012/19/EU) Директива об отходах электрического и электронного оборудования.

Я заявляю, что данная декларация соответствия издана под исключительную ответственность производителя и относится к вышеуказанным объектам декларации.

Денис Белецкий
Директор производства

Подпись

24.01.2023

Дата