Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

SC-18/02, блок

ОПИСАНИЕ

Для 20 пробирок, объёмом 0,2 мл + 12 пробирок, объёмом 1,5 мл



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 0.2 мл	20
Количество пробирок по 1.5 мл	12
Максимальные обороты, об/мин	1400
Максимальная температура	100°C

КАТ. НОМЕР

BS-010120-CK	SC-18/02



TS-100
Without thermoblock
Термошейкер для робирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер **TS-100** — идеальный инструмент для интенсивного перемешивания образцов в различных пробирках или ПЦР-планшетах. Функции нагрева (до +100°C) и перемешивания выполняются как одновременно, так и независимо, т. е. в **TS-100 ...**

читать далее