Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

Калибровочный набор, д18mm

ОПИСАНИЕ

Стандарты мутности Мак-Фарланда, Ø18мм



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр	18 мм

КАТ. НОМЕР

70900	ø18мм

АКСЕССУАРЫ

DEN-1
BS-050102-AAF
Денситометр

Денситометр DEN-1 предназначен для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц МакФарланда (McF) (0 – 180 x 10^7 клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в ...

читать далее

DEN-1B
BS-050104-AAF
Денситометр

Денситометр DEN-1B предназначены для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц МакФарланда (McF) (0 – 180x10^7 клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в более широких ...

читать далее